

LAVACHATAS

Modelo: **ALB05**

Marca: **ARCANIA**

A	DEFINICIÓN FUNCIONAL
A.1	EQUIPO CON LAVADO Y DESINFECCION DE CHATAS, URINARIOS, BALDES Y BOTELLAS DE ASPIRACION EN FORMA AUTOMATICA
B	CARACTERISTICAS GENERALES
B.1	EQUIPO NO EMPOTRABLE
B.2	CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE
B.3	DIMENSIONES EXTERNAS ANCHO: NO MAYOR A 70 cm. PROFUNDIDAD: NO MAYOR A 70 cm.
B.4	PUERTA CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE NO PERMITA ABRIRLA DURANTE LA OPERACIÓN.
C	DATOS TECNICOS
	CONTROL
C.1	EQUIPO AUTOMÁTICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR
C.2	DIAGNOSTICO DE FUNCIONAMIENTO
C.3	CICLO: DESCARGA DE RESIDUOS SOLIDOS AL DESAGUE, PRELAVADO, LAVADO Y DESINFECCION COMO MINIMO.
C.4	CON 2 PROGRAMAS PREDETERMINADOS (NORMAL E INTENSIVO COMO MINIMO)
	INDICADORES
C.5	PANTALLA DE VISUALIZACION TACTIL
C.6	INDICADOR DE LAS FASES DEL CICLO
C.7	DE TEMPERATURA DE LA CÁMARA
	COMPONENTES
C.8	CON BOMBA DE CIRCULACION DE AGUA
C.9	CON BOMBA DE DOSIFICACION DE DETERGENTE
C.10	CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR INTEGRADO
C.11	DESAGÜE CON CONEXIÓN A LA PARED O PISO (SEGÚN ELECCION DEL CLIENTE)
C.12	APTO PARA TRABAJAR CON AGUA DE LA RED DEL HOSPITAL (10 ppm. FRIA Y CALIENTE.)
D	REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA
D.1	220VAC ó 230VAC / 60Hz, MONOFASICO o 380 TRIFASICO VAC / 60 Hz (SEGÚN ELECCION DEL CLIENTE)
E	ACCESORIOS
E.1	PARA LAVADO DE CHATAS
E.2	PARA LAVADO DE URINARIOS (OPCIONAL)
E.3	PARA LAVADO DE BALDES Y/O BOTELLAS DE ASPIRACION (OPCIONAL)
F	ACCESORIOS (OPCIONALES)
F.1	CONEXIÓN CON PC A TRAVES DE SOFTWARE CON PUERTO DE COMUNICACIÓN ETHERNET (RJ45). EL EQUIPO DEBE CONTAR CON UN WEBSERVER INCORPORADO MEDIANTE EL CUAL EL USUARIO PUEDE DESCARGAR LA INFORMACION DE LOS CICLOS REALIZADOS CON EL EQUIPO Y VER LA CONFIGURACION Y PARAMETROS DEL EQUIPO.

